

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση των παρακάτω απινιδωτών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα επίσημα πρωτόκολλα ελέγχου του κατασκευαστικού οίκου.

Τύπος	Σειριακός αριθμός
Medronic Lifepak 20	34665914
Medronic Lifepak 20	36267524
Medronic Lifepak 1000	38365523
Medronic Lifepak 20	36267529

1. Να κατατεθεί αντίγραφο του πρωτοκόλλου ελέγχου του κατασκευαστικού οίκου με την τεχνική προσφορά. Κατά την διενέργεια των ενεργειών ελέγχου/διακρίβωσης, εκτός από το αντίστοιχο Δελτίο εργασίας, θα παραδίδεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό της εταιρίας το προαναφερόμενο πρωτόκολλο ελέγχου/διακρίβωσης του κατασκευαστικού οίκου.
2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
3. Οι εργασίες θα διενεργηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό του Αναδόχου και από υπάλληλο του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται το πρωτότυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
5. Ο προσφέρων να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ86/Γ.Π. οικ./1348/2004.
6. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών.
7. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για τον έλεγχο καλής λειτουργίας/διακρίβωση του συνόλου των ανωτέρω μηχανημάτων.