


Τεχνικές προδιαγραφές  
Συστήματος Κρυοθεραπείας

1. Σύστημα Κρυοθεραπείας με μεταφορά ψυχρού νερού σε επίθεμα για την αντιμετώπιση οιδήματος, πόνου και πρηξίματος μετά από τραυματισμούς ή επεμβάσεις.
2. Κατάλληλο για αρθρώσεις με δυνατότητα σύνδεσης σε διαφορετικά περιχειρίδια (π.χ. γόνατο, ώμος, ποδοκνημική).
3. Βαρέλι/ψυγείο και σωλήνες από υλικά ανθεκτικά σε κρύο νερό, με μονωτικά στοιχεία για διατήρηση θερμοκρασίας.
4. Ευθύς, ασφαλής σύνδεσμος σωλήνα μεταξύ ψυγείου και επίθεματος.
5. Να συνοδεύεται από Θήκη/Επίθεμα γόνατος medium πολλαπλών χρήσεων, για παροχή κρυοθεραπείας και ελεγχόμενης συμπίεσης με στόχο τη μείωση οιδήματος και πόνου.
6. Διατήρηση σταθερής κρυοθεραπείας  $\geq 6-8$  ώρες. Σωλήνες μεταφοράς ενσωματωμένοι ώστε να εξασφαλίζουν συνεχή ροή ψυχρού νερού στο επίθεμα.
7. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για ασφαλή και ανατομική προσάρτηση στο γόνατο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ