


## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, πτυσσόμενο, κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά ασθενών.
2. Να έχει σκελετό στιβαρής κατασκευής, από ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Να μπορεί να δεχθεί ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο ή ίσο των 125 Kgr και να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή του.
4. Να είναι πτυσσόμενο και στη πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγηση του.
5. Να φέρει μπράτσα στήριξης των βραχιόνων του ασθενούς.
6. Να φέρει τέσσερις τροχούς, εκ των οποίων οι δύο μπροστινοί περιστρεφόμενοι διαμέτρου 20 cm περίπου, ενώ οι δύο πίσω διαμέτρου περίπου 60cm, με σύστημα πέδησης.
7. Η έδρα και η πλάτη του αμαξιδίου θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό και εύκολα καθαριζόμενο, άφλεκτο πλαστικοποιημένο, αδιάβροχο ύφασμα με εσωτερικό ενισχυτικό συνθετικό υπόστρωμα, μεγάλης αντοχής και στήριξης.
8. Τα λάστιχα των τροχών να είναι από συμπαγές ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής.
9. Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι περίπου: 45 x 45cm - ύψος πλάτης: 40cm.
10. Τα τμήματα του καθίσματος να είναι από αδιάβροχο ανθεκτικό υλικό, με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης. Να είναι μεγάλης αντοχής στα συνήθη απολυμαντικά και καθαριστικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία.
11. Να έχει αναδιπλούμενα υποπόδια.
12. Να διαθέτει βάση για τη στήριξη στατώ ορού, και υποδοχή τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου τουλάχιστον 3lt.
13. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
14. Ο προμηθευτής να δύναται να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
15. Να πληροί τους σύγχρονους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
16. Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και να κατατεθεί πιστοποιητικό τήρησης συστήματος ποιότητας κατά ISO, τόσο του οίκου κατασκευής, όσο και του προσφέροντος.

  
ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
Γ.Ν.Α ΚΑΤ