



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ 01-04-2026
Α/Α: 54

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σε μάσκες, θήκες υπερήχων και βελόνες.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής **πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του** στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση.

Πληροφορίες: Ξουρή Άννα-Χριστίνα, prom2@kat-hosp.gr, τηλ.213-2086951
Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ζητούμενα είδη / υπηρεσίες είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

Τα είδη για το οποίο ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΛΕ
1	Μάσκες Venturi τραχειοστομίας	100ΤΜΧ	32302030000001
2	Μάσκες τραχειοστομίας για οξυγονοθεραπεία	100ΤΜΧ	32302030000001
3	Προστατευτικές θήκες κεφαλών υπερήχου	300ΤΜΧ	32302030000001
4	Βελόνες βραχιονίου πλέγματος	150ΤΜΧ	32302030000001

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

1.Μάσκες Venturi τραχειοστομίας

Μάσκες μίας χρήσης, ελαφρές, μαλακές, διαφανείς, latex free, με κατάλληλο σχήμα για τραχειοστομία, με πλάγιες οπές εκπνοής και με ειδικό δακτύλιο για εφαρμογή βαλβίδας venturi από 24% έως 60%. Να διαθέτει περιστρεφόμενο συνδετικό για σύνδεση με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα που δεν τσακίζει, διαμέτρου 20-22 mm για σύνδεση συστήματος ύγρανσης ή βαλβίδας venturi.

2. Μάσκες τραχειοστομίας για οξυγονοθεραπεία

Μίας χρήσης μάσκες κατασκευασμένες από διάφανο, μη τοξικό, μαλακό, ελαφρύ, latex free υλικό, με πλάγιες οπές εκπνοής και κατάλληλο ανατομικό σχήμα που εφαρμόζει γύρω από την τραχειοστομία. Κάθε μάσκα να συνοδεύεται από κατάλληλο συνδετικό στοιχείο και ελαστικό σωλήνα τουλάχιστον 180 cm για την σύνδεση με την παροχή οξυγόνου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.000€ πλέον ΦΠΑ

3.Προστατευτικές θήκες κεφαλών υπερήχου

Για την προστασία του μηχανήματος υπερηχογραφίας, το σετ καλύμματος του καλωδίου και κεφαλής του μορφομετατροπέα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Να είναι αποστειρωμένο και να έχει εσωτερικό ειδικό αυτοκόλλητο ώστε να εφαρμόζεται η επιφάνεια επαφής της κεφαλής με τον ασθενή και να εξαλείφεται η ανάγκη χρήσης λιπαντικού εσωτερικά στο σημείο αυτό, με αποτέλεσμα να προστατεύεται η κεφαλή του υπερήχου από τα υπολείμματά του. Το ειδικό αυτοκόλλητο πρέπει να κολλάει και να αποκολλάται με ευκολία και να μην αφήνει υπολείμματα ώστε να μη δημιουργούνται πτυχές και να μη μετακινείται, προσφέροντας καθαρή εικόνα. Οι διαστάσεις των διαθέσιμων των καλυμμάτων πρέπει να είναι 18cmx30cm , 18cmx50cm , 18cmx120cm

2. Μέσα στο σετ πρέπει να περιέχεται ένα σωληνάριο (όχι φακελάκι) με 15gr τουλάχιστον αποστειρωμένης γέλης(gel), αεροστεγώς ασφαλισμένο, με άνοιγμα άσηπτης τεχνικής, μέσω της οποίας το gel να εφαρμόζεται επακριβώς στο σημείο που απαιτείται, εξωτερικά του καλύμματος, χωρίς να εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας στο υπόλοιπο περιεχόμενο. Η αποστειρωμένη γέλη πρέπει να είναι χωρίς χημικά πρόσθετα, χωρίς φυσαλίδες (Bubble Free), παχύρρευστη και γλυστερή, για άριστο και ασφαλές αποτέλεσμα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.000€ πλέον ΦΠΑ

4.Βελόνες βραχιονίου πλέγματος

Οι βελόνες πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές :

- Να διαθέτουν στην επιφάνειά τους αντανακλαστικές γωνιώσεις, οι οποίες να ανέρχονται σε μήκος : 20 mm από την άκρη της βελόνας, για καθοδήγηση μέσω υπερήχων και νευροδιεγέρτη.
- Να είναι νέας γενεάς με εγγυημένη ορατότητα στον υπέρηχο από οποιαδήποτε γωνία εισαγωγής τους.
- Να έχουν επίστρωση εξωτερικά και εσωτερικά.

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

- Να είναι ατραυματικές Pencil Point με κλειστό άκρο και ευρύ πλάγιο στόμιο.
- Να διατίθενται σε μεγέθη :

No 20 G X 120 mm

No 20 G X 150 mm

No 21 G X 100 mm

No 22 G X 50 mm

No 22 G X 70 mm

No 22 G X 90 mm

Να συνοδεύονται από εξοπλισμό νευροδιεγέρτη.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.000€ πλέον ΦΠΑ

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ακόλουθη:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να αποστείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας iSmart P.C.

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της iSmart P.C. πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. CPV
2. GMDN
3. REF Number
4. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
5. Κατασκευαστικός οίκος
6. Κατηγορία και περιγραφή υλικού

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών